



Państwowa Agencja Atomistyki

Inspektor Dozoru Jądrowego

Warszawa, dnia 08.12.2023 r.

Nr rejestru: 14.842.03/2023

L.dz. DOR.4151.340.2022

symbol działalności: RTG

PROTOKÓŁ NR: DJ/1/2023

**z kontroli zarządzanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
przeprowadzonej na podstawie upoważnienia
nr 368/2022 z dnia 10.08.2022 r.
w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie**

1. Inspektorzy dozoru jądrowego PAA:

1.1. Szymon Kawa - nr leg. służbowej 0036 - kierujący kontrolą
przy udziale kandydata na inspektora dozoru jądrowego: Natalii Leo.

2. Przedmiot i zakres kontroli

Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (pom. E5/17a), przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące SPECT/CT - VERITON CT 64 oraz stosowaniu ww. urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w tej pracowni z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej:

Mariusz Nowak (tel. 32 735 76 00)

Inspektor Ochrony Radiologicznej:

*Agnieszka Chmura (tel. 32 278 85 55)
Decyzja Prezesa PAA Nr IOR/70/2022*

Eksperti lub biegli biorący udział w kontroli:

nie uczestniczyli

Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:

nie dotyczy



PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI

UL. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa [WWW.gov.pl/paa](http://www.gov.pl/paa)

TEL. 22 556 28 00 FAX. 22 621 37 86

E-MAIL. kancelaria@paa.gov.pl

3. Czynności kontrolne oraz ustalenie stanu faktycznego

Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-22184 wydanym w dniu 11.03.2021 r., polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (pom. E5/17a) urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące SPECT/CT VERITON CT 64.

Punkt odniesienia stanowią następujące dokumenty:

- 1) Dane kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest wykonywana działalność objęta zezwoleniem wraz z danymi kontaktowymi;
- 2) Dane kierownika komórki organizacyjnej, która bezpośrednio prowadzi działalność objętą zezwoleniem wraz z danymi kontaktowymi;
- 3) Informacja o uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej wraz z danymi kontaktowymi;
- 4) Ewidencja typów urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące stosowanych w jednostce;
- 5) Zdjęcie tabliczki znamionowej posiadanego urządzenia.

W jednostce organizacyjnej na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-22184 wydanym w dniu 11.03.2021 r., stosowane jest jedno urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące o poprawnej nazwie zgodnie z tabliczką znamionową brzmiącą CT 64.

4. **Informacje o wydanych nakazach i zakazach:** nie wydano.

5. **Zalecenia inspektora dozoru jądrowego:** pozostawiono bez zaleceń.

6. **Wykaz załączników**

6.1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

1. Protokół kontroli podpisuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania - kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także osoba upoważniona przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej do reprezentowania go przy dokonywaniu czynności kontrolnych, jeżeli była obecna przy ich dokonywaniu (art. 67e ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona mogą odmówić podpisania protokołu kontroli. W takim przypadku składają w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania (art. 67e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 67e ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe). W przypadku złożenia przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa powyżej proszę o ich przekazanie do Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12.

W dniu 18.12.2023.... r. zostałem pouczony o przysługujących mi prawach i obowiązkach oraz otrzymałem jeden egzemplarz protokołu kontroli.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia nie wniesiono / wniesiono / zostaną wniesione do dnia r.

KONTROLOWANY:

D Y R E K T O R
CENTRUM LICZONA WARZEN
im. dr. Stanisława Sakieja w Orlanowicy, gminie Śląskich

Mariusz Nowak

dr n. med. Mariusz Nowak

.....
(data, pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej lub osoby
przez niego upoważnionej)

KONTROLUJĄCY:

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Inspektor Dozoru Jądrowego

Szymon Kawa
Szymon Kawa

.....
(pieczęć i podpis inspektora/ów
przeprowadzającego/ych kontrolę)

dko



PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI

UL. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa www.gov.pl/paa

TEL. 22 556 28 00 FAX. 22 621 37 86

E-MAIL. kancelaria@paa.gov.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12.
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Warszawa (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, e-mail: iod@paa.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia kontroli z zakresu bezpieczeństwa jądowego i ochrony radiologicznej oraz udokumentowania jej wyniku w postaci protokołu (na podstawie art. 63 oraz 66 ust. 1 pkt 6 w zw. z 67e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1941, z późn. zm.).
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. organy kontroli, sądy).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, jak również żądania ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawartym w art. 66 ust. 1 pkt 6 lub 67e ustawy – Prawo atomowe. Niepodanie danych osobowych może zostać uznane za utrudnienie przeprowadzenia czynności kontrolnych co stanowi podstawę do wymierzenia kary, o której mowa w art. 123 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo atomowe.
9. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI

UL. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa [WWW.gov.pl/paa](http://www.gov.pl/paa)

TEL. 22 556 28 00 FAX. 22 621 37 86

E-MAIL. kancelaria@paa.gov.pl